


Uno o due ponti indipendenti per misure ridondanti
Un ou deux ponts indépendants pour mesures redondantes




Dimensioni in mm
 Dimensions en mm

Soluzione C : due ponti estensimetrici (16 strain gauges)
Solution C : deux ponts extensométriques (16 extensomètres)



Soluzione D : un ponte estensimetrico (8 strain gauges)
Solution D : un pont extensométrique (8 extensomètres)

Forza Nominale F (N)	
Force Nominale F (N)	
10 KN	20 KN





Caratteristiche Tecniche		Caractéristiques Techniques
- Carico limite	200% F	- Charge limite
- Carico di rottura	> 300% F	- Charge de rupture
- Valore di calibrazione	80% (±1%) F	- Valeur de calibration
- Sensibilità	2 mV / V ± 0,5%	- Sensibilité
- Precisione	< 0.2 % F	- Précision
- Ripetibilità	< 0.2 % F	- Répétabilité
- Errore combinato	< 0.3 % F	- Erreur totale
- Sbilanciamento di zero	± 1% F	- Déséquilibre du zéro du pont
- Effetto della temperatura sullo zero	± 0.1% F / 10 °C	- Effet de la température su le zéro
- Temperatura nominale	+10 ... +60 °C -30 ... +60 °C	- Température nominale
- Temperatura di lavoro	-10 ... +80 °C -30 ... +80 °C	- Température de travail
- Resistenza del ponte	700 ohm	- Résistance du pont
- Tensione di alimentazione massima	(8 strain gauges)	- Valeur maximale d'alimentation
- Livello di protezione	12 Vdc	- Niveau de protection
- Connettori	IP65	- Connecteurs
- Materiale	MIL	- Matériau
- Resistenza di isolamento	Acciaio inossidabile	- Résistance d'Isolation
	Acier inoxydable	
	> 10 Gohm	

ESEMPIO DI MONTAGGIO
EXEMPLE DE MONTAGE




Connettore maschio <i>Connecteur mâle</i>
IPT02E10-6P
Connettore femmina raccomandato <i>Connecteur femelle proposé</i>
IPT06A10-6SRHM

ETICHETTATURA
ÉTIQUETAGE

ASA - RT s.r.l. Torino - Italy			23 mar. '15		 http://www.asa-rt.com
Type ATB-2CX/20K/CIWV	Force 20 kN	Serial Number 140340/1/A			
Connections: EXC+ = white (C) SIG+ = red (A) CAL = blue (E) EXC- = green (D) SIG- = black (B) CAL = orange (F)					

COLLEGAMENTO ELETTRICO
CONNEXION ÉLECTRIQUE



CODICE ORDINE
CODIFICATION POUR LA COMMANDE

